



正 本

Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENSED BY THE JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第2302YJ23183-3号(1/2)

発行日：2023年02月20日

輸入食品等試験検査証明書

株式会社ヒメプラ 殿

厚生労働大臣登録検査機関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-25-23
京急第2ビル

2023年02月09日、当協会に依頼された供試品について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-:-		
品名	CLEAN NITRILE GLOVES Msize (black) (JANコード:4945274942501)		
届出受付番号	---	貨物の記号	-
輸入量	1 CT	及び番号	B/L No. 8190745286
重量	0.15 kg		
船名又は航空機名	DHL	生産国	CHINA
到着年月日	2023年02月09日		
輸入業者名	株式会社ヒメプラ	製造所名 又は包装者名	Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd
住所	兵庫県姫路市北条448番地の8		
電話番号	079-222-4455	通関業者名	株式会社エーアイティー
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		電話番号	06-6260-3570
		第 号 - 年 - 月 - 日	第 号 - 年 - 月 - 日
試験検査実施施設名	SK横浜分析センター	検体採取者 (法人名)	
連絡担当者名	尾崎 正樹		
電話番号	045-473-5982		

試験検査結果

項目	結果	検出限界	試験方法	注
次頁に記載				

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
当協会に直接送付された未開封検体について、添付情報が当該検体に係るものであることを確認し、試験した。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。新日本検定協会

#01



正 本

Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENSED BY THE JAPANESE GOVERNMENT

証 明 書 番 号 : 第2302YJ23183-3号(2/2)

試験検査結果

項目	結果	検出限界	試験方法	注
色:ブラック				
材質:NBR				
適用規格:ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装				
使用温度:100℃以下				
カドミウム	適	—		*1
鉛	適	—		*1
塩素	検出せず	—		*2
フェノール	適	—		*3
ホルムアルデヒド	適	—		*3
亜鉛	適	—		*3
重金属	適	—		*3
蒸発残留物(水)	適	—		*3

*1 : 食品衛生法 食品、添加物の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号、平成18年3月31日厚生労働省告示第201号及び平成24年12月28日厚生労働省告示第595号)によった。

*2 : 昭和61年4月7日衛食第64号衛化第25号によった。

*3 : 食品衛生法 食品、添加物の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

以下余白

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。当協会に直接送付された未開封検体について、添付情報が当該検体に係るものであることを確認し、試験した。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。新日本検定協会

#01



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENSED BY THE JAPANESE GOVERNMENT

別紙 — 1 / 1

証明書番号：第 2302YJ23183-3 号

試験品写真

検体写真

