


Carbon monoxide

**仕 様** 呼吸用圧縮空気中（ボンベまたはコンプレッサー）の一酸化炭素を測定可能。

測定範囲	5 ~ 50 ppm
通気速度・流量	100 ml/min (300 ml)
測定所要時間	3 分
係 数	1

変 色： 黄色 → 黒褐色


温・湿度補正： なし

有効期限： 2年

指示精度：

G▶ CV=10%
目盛範囲の1/3CV=5%
目盛範囲の2/3(CV：変動係数 = σ : 標準偏差 ÷ 平均値 × 100)**反応原理**

一酸化炭素により亜硫酸パラジウムナトリウムが還元され、金属パラジウムを析出し、黒褐色を呈する。

**校正用ガス**

高压ガス容器詰法