

プロテックガード DS2レスピレーターマスク バルブ付きは より快適な装着感を追求しました

国家検定規格

DS2
合格品

指定防護係数

10

新設計の貝殻型排気弁を採用し、吸気・排気性能が向上
熱や湿気がこもりにくく、快適な装着感を実現




従来製品



呼吸時のマスク表面の温度を測定
※自社測定値であり保証値ではございません

従来品を100とした場合の吸気・排気抵抗値



※自社測定値であり、保証値ではございません。
DS2マスクに求められる吸気・排気抵抗値の基準に合格

性能

試験項目	9600-DS2NV
粒子捕集効率	95.0%以上
吸気抵抗値	70Pa以下
排気抵抗値	70Pa以下
吸気抵抗上昇値	160Pa以下
ぬれ抵抗値	49Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下
使用限度時間	15時間

製品番号 67824

JANコード 4901750678241

GTINコード 14901750678248

入数 10枚/ボックス 12ボックス/ケース

型式名 9600-DS2NV

国家検定番号 第TM887号

ProtechGuard

製品に関するお問い合わせ、リニューアル品のサンプルの請求は
最寄りの営業支社・営業部または当社お問い合わせフォームまでお寄せください。

日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6
ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>

北海道営業支社 011-281-3881
東北営業支社 022-264-2461
首都圏産業・業務用品営業部 03-6665-5327
首都圏メディカルケア営業部 03-6665-5318

中部PF営業支社 052-220-5206
関西PF営業支社 06-6389-2047
中四国営業支社 082-545-6600
九州営業支社 092-725-8282

お問い合わせ
フォーム

